

附件1

项目标的物要求

一、技术要求

(一) 项目概况

本项目为恩平市妇幼保健院 2024-2026 年度消毒供应中心医疗设备维保服务。

(二) 采购项目内容

1. 设备维保清单

名称	型号	数量	产地	厂家	生产时间	启用时间
脉动真空蒸汽灭菌器	HS1200	2	北京	北京白象新科技有限公司	2019.10	2020.12
洁净蒸汽发生器	CSG-90	3	北京	北京白象新科技有限公司	2019.10	2020.12
反渗水处理机	PW300	1	北京	北京白象新科技有限公司	2019.10	2020.12
清洗消毒器	QPQ550	2	北京	北京白象新科技有限公司	2019.10	2020.12
医用超声波清洗机	UW-1500	1	北京	北京白象新科技有限公司	2020.05	2020.12
医用超声波清洗煮沸机	UW-1500M	1	北京	北京白象新科技有限公司	2019.06	2020.12

名称	型号	数量	产地	厂家	生产时间	启用时间
医用干燥柜	MD500B	1	北京	北京白象新科技有限公司	2019. 10	2020. 12
过氧化氢等离子体灭菌器	PS150	1	北京	北京白象新科技有限公司	2019. 08	2020. 12
快速生物监测阅读器	BR-08	1	北京	北京白象新科技有限公司	2021. 11	2021. 11
无油静音空压机	1500X2-1202	3	浙江	浙江盛源空压机公司	2020. 01	2020. 12
凯斯普过氧化氢等离子体灭菌器	CASP-80A	1	黑龙江	黑龙江牡丹科技公司	2017. 01	2017. 8
凯斯普灭菌包装封口机	PS-200	1	黑龙江	黑龙江牡丹科技公司	2017. 03	2017. 10
封口机	CM-800	1	北京	北京白象新科技有限公司	2019. 11	2023. 2

2. 维保类型

全保。提供 1 年 2 次预防性保养，含所有配件更换（不含纯水机填料耗材，不包含设备移机服务）。

3. 服务要求

(1) 维保公司具备维保设备维修保养相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

(2) 提供全天 24 小时电话咨询服务，在线支持或电话在线指导、诊断分析和维修有关设备故障。

(3) 根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人，至少指定 2 名以上执业人员负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

(4) 在巡查、巡检中发现设备存在问题、故障，或接到院方通知要求维修的，如紧急事故，接到院方通知后 4 小时内赶赴现场；如出现一般故障，接到院方通知后，24 小时内到场核查。对于配件故障，现场修复完毕；对于系统故障，在 7 个工作日内排除故障使之正常运行；存在特殊情况，双方协调商定完成时间。

(5) 每年为保修设备提供 4 次维护保养服务，并做好维保报告。报告内容中必须含（但不限于）检查内容、数量、完好率等，院方即按协议及维保报告内容检查维保方的维修保养工作，对已完成的保养项目予以确认，如果发现维保方未执行维保协议及维保报告，维保方需按维保报告对未执行项目重新检查及处理，在规定保养时间完成该部分保养内容后报院方予以确认。

(6) 维保设备开机率 $\geq 95\%$ ，每年包含节假日（一年以 365 天计算），超过一天顺延两天保修日期。

(7) 维保范围内有配件损坏，先修复，无法修复再进行更换，供应商承担配件费用。更换旧件由供应商处置。

(8) 对保修设备相关软件进行备份，并建立档案。
(9) 供应方承担故障维修的全部维修费和差旅费。
(10) 每年对采购方工程技术人员、操作使用人员进行 1-2 次培训。

(11) 维保公司所委派工作人员与院方之间不构成劳动关系，维保公司应为其所委派工作人员的工资、福利待遇、人身安全负责。

（三）合作期限

24 个月。

二、商务要求

（一）投标报价

应为完成本项目所需的全部费用和所有税费的总和。

（二）资金支付方式

1. 分四期支付。每半年为一期，一期服务结束后 30 个日历日内，支付上期维护保养服务费，即合同总额的 25%。
2. 供应方应每次在付款期限前 15 个工作日内提供合法有效的等额发票和维保资料。

（三）合同终止

采购人对维保方提供的维保服务进行量化考核，每季度考核一次，满分 100 分，扣一分扣减维保费用 10 元，连续两次考核分低于 60 分以下，院方有权终止合同。

（四）中标合同

1. 采购人和中标人应当在确定成交后的 30 天内签订

中标合同。

2. 中标合同应当一式肆份，采购人执叁份，中标人执一份，具有同等法律效力。